

Potrivit răspunsului formulat de Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, spitalul deservește o structură suport COVID-19, precum și secții non COVID (urgente neurologice, urgente psihiatrice, psihiatrie cronici, etc.), iar intersectarea circuitelor COVID cu cele non COVID este strict interzisă. Potrivit punctului de vedere transmis de spital, examinarea RMN a fost temporizată pentru a preîntâmpina posibila încrucișare a circuitelor menționate.

Conform *Ghidului* Colegiului American de Radiologie pentru efectuarea investigațiilor RMN în contextul pandemiei COVID-19¹, protocoalele de curățare și dezinfectare a aparaturii RMN sunt destul de variate și pot fi modificate în funcție de circumstanțele clinice unice ale acelei aparaturi. Dezinfectarea poate fi efectuată în baza ghidurilor și politicilor locale și, în special, în funcție de nevoile clinice specifice ale pacienților.

Având în vedere următoarele:

- În fapt, pacienta a ajuns la spital în urma unei crize generalizate, fiind diagnosticată conform scrisorii medicale cu [redacted] cu evoluție imprevizibilă și necunoscută, iar după 6 săptămâni i se refuză în continuare dreptul și necesitatea de a efectua investigația RMN până la momentul în care va avea două teste consecutive confirmate COVID-19 negativ. Pacienta a fost infectată cu virus în Spitalul Clinic de Urgență Județean Brașov, la internare testul i-a ieșit negativ.
- La acest moment nu s-a confirmat existența unui protocol de dezinfecție a aparaturii medicale;
- Există literatură de specialitate cu privire la posibilitatea efectuării anumitor proceduri de dezinfecție a aparaturii medicale, implicit a aparaturii de rezonanță magnetică;
- În drept, conform prevederilor art. 2 din *Convenția Europeană a Drepturilor Omului* (CEDO), dreptul la viață al oricărei persoane este protejat prin lege, iar potrivit art. 15 nu se permite nicio derogare cu privire la acest drept., cu excepția cazurilor ilicite de război, fiind vorba de un drept absolut.

Pentru realizarea scopului constituțional și legal al Avocatului Poporului și anume, apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice, Avocatul Poporului emite următoarea:

¹ <https://www.acr.org/Clinical-Resources/Radiology-Safety/MR-Safety/COVID-19-and-MR-Use>

RECOMANDARE

1. Asigurarea în condițiile legii a spijinului necesar Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea identificării de soluții, în regim de urgență, pentru asigurarea posibilității efectuării în timp util a investigației RMN pentru pacientă, având în vedere situația gravă a stării sale de sănătate și în vederea întocmirii protocoalelor necesare.
2. Informarea Avocatului Poporului cu privire la măsurile luate în vederea **respectării dreptului la viață și la integritate fizică și psihică și dreptului la ocrotirea sănătății al pacientei și pentru evitarea unor cazuri similare pentru viitor prin găsirea de metode aplicabile pentru efectuarea dezinfecției aparaturii medicale în contextul pandemiei de Covid-19, în cel mai scurt timp posibil.**

Avocatul Poporului

Renate WEBER



